5973 Autotune

Fri Aug 04 08:23:16 2006
C:\MSDCHEM\1\5973N\ATUNE.U

Instrument: MSD22



Ion Pol	POS	MassGain	267
		MassOffs	-10
Emission	34.6	AmuGain	2186
ElEnrgy	69.9	AmuOffs	130
Filament	2	Wid219	-0.037
		DC Pol	NEG
Repeller	27.44		
IonFcus	90.2	HEDEnab	ON
EntLens	18.5	EMVolts	1906
EntOffs	17.82		
		Samples	8
PFTBA	OPEN	Averages	3
		Stepsize	0.10
Zones:			
MS Source	230	Foreline	105
MS Quad	150		

Scan: 10.00 - 700.00 Samples: 8 Thresh: 100 Step: 0.10
115 peaks Base: 219.00 Abundance: 353984



Mass	Abund	Rel Abund	Iso Mass	Iso Abund	Iso Ratio
69.00	322496	100.00	70.00	362€	1.12
219.00	353984	109.76	220.00	15269	4.31
502.00	53248	16.51	503.00	516€	9.70